

**OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO EMATICO SOTTOVUOTO E PER PRELIEVO CAPILLARE.  
CHIARIMENTI 1.**

Si elencano di seguito alcuni quesiti pervenuti da parte dei partecipanti alla gara. Successivamente a ciascun quesito viene riportata la relativa risposta.

✓ **QUESITO 1:**

All'art. 5 Criteri di valutazione pag. 11 del Capitolato speciale d'appalto nella parte "ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA".

Successivamente, all'Operatore Economico che, in sede di valutazione qualitativa, avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 50 punti; i punteggi delle altre ditte saranno riparametrati mediante l'applicazione della seguente formula:

$y = (Qb * 60) / Qo$  dove:

$y$  = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

$Qo$  = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato;

$Qb$  = punteggio tecnico-qualitativo assegnato all'Operatore Economico considerato

TRA PA

La formula indicata per la riparametrazione è in contraddizione con il massimo dei punti attribuiti (50).

Vi chiediamo di confermare che la formula corretta è la seguente:

$y = (Qb * 50) / Qo$

**RISPOSTA: trattasi di refuso, si conferma la correttezza dell'interpretazione.**

✓ **QUESITO 2:**

Art. 6 Campionatura pag. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto

**6 Campionatura**

Il concorrente dovrà consegnare -entro il termine per la scadenza dell'offerta- n.50 pezzi per ogni prodotto e per ogni azienda, presso i luoghi di consegna delle singole Aziende Sanitarie partecipanti alla gara specificati al successivo art.10.

La predetta campionatura, che si intende ceduta a titolo gratuito, rimarrà presso le Aziende a prova della qualità e delle caratteristiche degli articoli offerti, qualità e caratteristiche che dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni presentati.

Sulla confezione dei campioni presentati dovranno essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente per garantire una identificazione e una utilizzazione corretta e sicura.

L'A.O. si riserva la facoltà di richiedere eventuale campionatura aggiuntiva gratuita, qualora quanto indicato in tabella non risultasse sufficiente al fine della prova.

Poichè la campionatura “rimarrà presso le aziende a prova della qualità e delle caratteristiche degli articoli offerti” riteniamo che tale campionatura debba essere costituita, per ogni prodotto, dalla confezione minima di vendita anche qualora il contenuto fosse inferiore o superiore alle 50 unità. Resta inteso che per confezioni minime di vendita con contenuto inferiore a 50 unità si dovranno fornire un numero di confezioni tale da raggiungere o superare, in totale, le 50 unità richieste.

Tale interpretazione risulta inoltre in linea con la richiesta riguardante le informazioni previste dalla normativa vigente, per un utilizzo corretto e sicuro del prodotto, solitamente riportate su ogni confezione minima di vendita.

Si prega di confermare quanto sopra.

**RISPOSTA: Si conferma l'accoglimento della proposta su riportata.**

✓ **QUESITO 3:**

Allegato “Scheda d’offerta riepilogativa”

Descrizione:

PROVETTE IN MATERIALE PLASTICO O VETRO CON SODIO CITRATO 0,129M – TAPPI DI VARI COLORI CON CHIUSURA DI SICUREZZA – DIMENSIONE: MM 13X100 – VOLUMI DI ASPIRAZIONE VARI – ETICHETTA DI CARTA

Descrizione	U.M.	Fabbisogni 72/mesi AO Pavia	Fabbisogni 72/ mesi AO Seriate	Fabbisogni 72/mesi AO Lodi	Fabbisogni 72/mesi ASL Brescia	Fabbisogni 72/mesi AO Cremona	Fabbisogni 72/mesi AO Bergamo	Fabbisogni 72/mesi AO Crema	Fabbisogni 72/mesi AO Mantova	Fabbisogni 72/mesi AO Treviglio	Fabbisogni 72/mesi AO Desenzano	Fabbisogno complessivo 72/mesi
PROVETTE IN MATERIALE PLASTICO O VETRO CON SODIO CITRATO 0,129M - TAPPI DI VARI COLORI CON CHIUSURA DI SICUREZZA - DIMENSIONE:MM 13X100-VOLUMI DI ASPIRAZIONE VARI- ETICHETTA CARTA	PZ									36.000		36.000

PROVETTA IN MATERIALE PLASTICO AMMONIO EPARINA TAPPO CON CHIUSURA DI SICUREZZA - DIMENSIONE: 16X100 – VOLUME DI ASPIRAZIONE 9ML ETICHETTA CARTA PER LA DETERMINAZIONE ALLUMINIO

Descrizione	U.M.	Fabbisogni 72/mesi AO Pavia	Fabbisogni 72/ mesi AO Seriate	Fabbisogni 72/mesi AO Lodi	Fabbisogni 72/mesi ASL Brescia	Fabbisogni 72/mesi AO Cremona	Fabbisogni 72/mesi AO Bergamo	Fabbisogni 72/mesi AO Crema	Fabbisogni 72/mesi AO Mantova	Fabbisogni 72/mesi AO Treviglio	Fabbisogni 72/mesi AO Desenzano	Fabbisogno complessivo 72/mesi
PROVETTA IN MATERIALE PLASTICO AMMONIO EPARINA TAPPO CON CHIUSURA DI SICUREZZA - DIMENSIONE:MM 16X100 - VOLUME DI APIRAZIONE 9ML ETICHETTA CARTA PER LA DETERMINAZIONE ALLUMINIO										7.200		7.200

Poiché la scrivente non dispone a catalogo dei prodotti di cui alle voci sopra descritte, e data l’esiguità del quantitativo richiesto (tra l’altro dalla sola Azienda Ospedaliera di Treviglio) pari allo 0,00036% sul fabbisogno complessivo dell’intera fornitura, si richiede lo stralcio delle suddette voci dall’elenco prodotti.

Qualora ciò non fosse possibile la scrivente non sarebbe in grado di presentare offerta poiché il lotto risulterebbe incompleto.

**RISPOSTA: Per la provetta in materiale plastico con ammonio eparina è ammessa una provetta alternativa purché certificata per il dosaggio dell'Alluminio. Per la provetta 13x100 con sodio citrato la concentrazione richiesta era 0,109M (uguale a quella della provetta corta per la coagulazione).**

✓ **QUESITO 4:**

Allegato “Scheda d’offerta riepilogativa”

Descrizione:

PROVETTA IN MATERIALE PLASTICO O VETRO PER ACD-TAPPI EVENTUALMENTE DI VARI COLORI CON CHIUSURA DI SICUREZZA-DIMENSIONI: MM 13X100-VOLUMI DI ASPIRAZIONE VARI-ETICHETTA DI CARTA

Descrizione	U.M.	Fabbisogni 72/mesi AO Pavia	Fabbisogni 72/ mesi AO Seriate	Fabbisogni 72/mesi AO Lodi	Fabbisogni 72/mesi ASL Brescia	Fabbisogni 72/mesi AO Cremona	Fabbisogni 72/mesi AO Bergamo	Fabbisogni 72/mesi AO Crema	Fabbisogni 72/mesi AO Mantova	Fabbisogni 72/mesi AO Treviglio	Fabbisogni 72/mesi AO Desenzano	Fabbisogno complessivo 72/mesi
PROVETTE IN MATERIALE PLASTICO O VETRO PER ACD - TAPPI EVENTUALMENTE DI VARI COLORI CON CHIUSURA DI SICUREZZA - DIMENSIONE:MM 13X100-VOLUMI DI ASPIRAZIONE VARI- ETICHETTA CARTA	PZ	102.000	0	0	0	12.000	0	1.200	0	7.200		122.400

Nella descrizione del prodotto non viene esplicitato se la soluzione ACD richiesta sia di tipo A o di tipo B.

Nel caso in cui l’additivo richiesto fosse ACD-B (cioè l’additivo più comunemente utilizzato) la scrivente **sarebbe** in grado di presentare offerta.

Nel caso in cui l’additivo richiesto fosse, invece, ACD-A la scrivente **non sarebbe** in grado di presentare offerta. In tale evenienza chiediamo quindi di stralciare dall’elenco prodotti la voce in oggetto anche a motivo dell’esiguità del quantitativo richiesto (pari allo 0,0010% sul fabbisogno complessivo dell’intera fornitura).

Si chiede di confermare la possibilità di presentare offerta per la soluzione ACD-B.

**RISPOSTA: va bene anche l'alternativa proposta con additivo ACD-B.**

✓ **QUESITO 5:**

Allegato “Scheda d’offerta riepilogativa”

Elenco prodotti voci:

Vi chiediamo di voler confermare (o, se del caso, confutare) che i dispositivi per l’accesso venoso:

AGHI STERILI PER PRELIEVO MULTIPLO VERDE 21G

e

AGHI STERILI PER PRELIEVO MULTIPLO GIALLO 20G

siano da intendersi di “sicurezza” in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale pag. 7 “Caratteristiche tecniche indispensabili dei prodotti” punto d) dispositivi per l’accesso venoso:

d) Dispositivi per l'accesso venoso

I set di prelievo devono essere dotati di meccanismo di sicurezza (o su ago o su camicia) al fine di rispondere al D.Lgs nr. 19 del 19/2/2014 "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario".

Descrizione	U.M.	Fabbisogni 72/mesi AO Pavia	Fabbisogni 72/ mesi AO Sariate	Fabbisogni 72/mesi AO Lodi	Fabbisogni 72/mesi ASL Brescia	Fabbisogni 72/mesi AO Cremona	Fabbisogni 72/mesi AO Bergamo	Fabbisogni 72/mesi AO Crema	Fabbisogni 72/mesi AO Mantova	Fabbisogni 72/mesi AO Treviglio	Fabbisogni 72/mesi AO Desenzano	Fabbisogno complessivo 72/mesi
AGHI STERILI PER PRELIEVO MULTIPLO VERDE 21G	PZ									648.000	768.000	1.416.000
AGHI STERILI PER PRELIEVO MULTIPLO GIALLO 20G	PZ									133.200	84.000	217.200

**RISPOSTA: si conferma che gli aghi sono da intendersi di sicurezza.**

✓ **QUESITO 6:**

In riferimento agli "aghi sterili per prelievo multiplo" di cui alla scheda d'offerta riepilogativa si fa presente che BD adotta una speciale tecnologia denominata "THIN WALL" (PARETI SOTTILI) per la realizzazione degli aghi di sicurezza. Tale tecnologia consente di realizzare aghi da 21G con diametro interno equivalente a quello degli aghi da 20G convenzionali\*. Il vantaggio che ne deriva è la possibilità di preservare la migliore qualità del campione aumentando il confort per il paziente.

In definitiva un ago "THIN WALL" da 21G è equivalente in termini di performance ad un ago classico da 20G a PARETI NORMALI.

Qualora venisse chiarito che gli AGHI PER PRELIEVO MULTIPLO GIALLO 20G siano da intendersi di sicurezza (vedi quesito 5), chiediamo di poter offrire aghi di sicurezza per prelievo multiplo da 21G "THIN WALL", ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs 163/2006 e come previsto dal Capitolato Speciale articolo 3 "Caratteristiche della fornitura" Premessa (primo capoverso).

Qualora ciò non fosse possibile la scrivente non sarebbe in grado di presentare offerta poiché il lotto risulterebbe incompleto.

\*ISO9626:1991/Amd.1:2001(E)-Tabella misure standard di riferimento.

**RISPOSTA: si conferma la possibilità di offrire aghi per prelievo multiplo da 21G "THIN WALL", equivalenti ad un ago classico da 20G a pareti normali.**

✓ **QUESITO 7**

Relativamente alla predisposizione dell' offerta economica si legge che "nella dichiarazione d'offerta economica i valori/prezzi offerti devono essere espressi in cifre, utilizzando – al massimo – due cifre decimali dopo la virgola" (art.5.4 "Busta Telematica contenente l'Offerta Economica").

Considerata la tipologia di prodotti oggetto della fornitura e data la necessità di indicare nella Vs. "scheda di offerta" il prezzo unitario dei singoli prodotti offerti, siamo con la presente a chiederVi –

anche nell'interesse di Codesta Stazione Appaltante – di poter inserire numeri di cifre decimali pari a Quattro (4).

**RISPOSTA: si conferma la possibilità di utilizzare quattro cifre decimali.**

---