

**OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO EMATICO SOTTOVUOTO E PER PRELIEVO CAPILLARE.
CHIARIMENTI 3.**

Si elencano di seguito alcuni quesiti pervenuti da parte dei partecipanti alla gara. Successivamente a ciascun quesito viene riportata la relativa risposta.

✓ **QUESITO 1:**

Pag 6 di 26 del Capitolato Speciale – Caratteristiche della fornitura: tra le caratteristiche tecniche indispensabili dei prodotti è richiesto, per le provette sottovuoto, essere dotate di serigrafia. Vi informiamo che le nostre provette non hanno serigrafia ma etichetta trasparente che ha la stessa funzionalità. Ricordiamo che la particolarità delle etichette serigrafate indica provette di un solo produttore attualmente in commercio. Poiché la scrivente non dispone a catalogo di provette con etichette serigrafate chiediamo di accettare sia provette con etichetta serigrafata che provette con etichetta trasparente.

RISPOSTA: E' ammessa la fornitura di provette con etichette trasparenti in alternativa a provette con etichette serigrafate.

✓ **QUESITO 2:**

Pag 12 di 26 del Capitolato Speciale – 9. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. “La ditta aggiudicataria dovrà redigere, ai sensi dell’Art. 28 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. il Documento di Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all’attività di manutenzione e assistenza tecnica, svolta presso le Aziende Ospedaliere nei quarantotto mesi successivi più eventualmente altri ventiquattro alla messa in opera, nel caso in cui avvenga la sottoscrizione del relativo contratto.” Evidenziamo che l’oggetto della fornitura del seguente appalto è la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e per prelievo capillare ed è una mera fornitura. Come comunicato dagli Ospedali A.O. della Provincia di Lodi, l’A.O. di Crema, l’A.O. di Seriate, l’A.O. di Treviglio-Caravaggio e l’Asl di Brescia la prestazione oggetto di gara è classificabile come ‘mera fornitura’ ai sensi dell’Art. 3 bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i., e valutato che l’attività presso le stazioni appaltanti sarà limitata alla consegna dei prodotti presso i magazzini Economali/Farmacia, non ritengono necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Chiediamo quindi di eliminare la richiesta di redigere DUVRI anche da parte delle altre stazioni appaltanti: A.O. di Cremona, A.O. di Mantova, A.O. di Pavia e A.O. di Desenzano.

RISPOSTA: si conferma la necessità di redigere il DUVRI.

✓ **QUESITO 3:**

Pag 22 di 26 Capitolato Speciale: chiediamo di quantificare le spese relative alla pubblicazione sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara.

RISPOSTA: il costo totale delle pubblicazioni ammonta a €4.560 + IVA.

✓ **QUESITO 4:**

Pag 22 di 26 Capitolato Speciale: chiediamo di quantificare le spese di registrazione del contratto.

RISPOSTA: possono essere definite al momento della registrazione, che tuttavia avverrà solo in caso d'uso.

✓ **QUESITO 5:**

Allegato Schema d'Offerta: provette in materiale plastico o vetro o sodio citrato 0,129 M-dimensione 13X100 mm..

Chiediamo la possibilità di offrire provette in materiale plastico o vetro con sodio citrato 0,109M o 0,129M con dimensione 16x100 mm.

RISPOSTA: richiesta accolta.
