

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F15
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	oorrybg
NO_DOC_EXT:	2016-108943
SOFTWARE VERSION:	9.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
Posta elettronica:	egamba@asst-pg23.it
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Avviso volontario per la trasparenza ex ante**Forniture**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

- I.1) **Denominazione e indirizzi**
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale "Papa Giovanni XXIII"
Piazza O.M.S. n. 1
BERGAMO
24127
Italia
Persona di contatto: Dr. Giovanni Acquaroli
Tel.: +39 0352675066
E-mail: gacquaro@asst-pg23.it
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: <http://www.asst-pg23.it>
- I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**
Altro tipo: ASST
- I.5) **Principali settori di attività**
Salute

Sezione II: Oggetto

- II.1) **Entità dell'appalto**
- II.1.1) **Denominazione:**
Fornitura triennale di sistema analitico in service per determinazione di singoli dosaggi immunometrici (sierologia infettivologica) con metodiche di Fissazione del Complemento e/o Immunoenzimatiche.
- II.1.2) **Codice CPV principale**
33124110
- II.1.3) **Tipo di appalto**
Forniture
- II.1.4) **Breve descrizione:**
- Fornitura di sistema automatizzato multiparametrico random access per dosaggi con tecniche EIA e/o FC con dispositivi monotest pronti all'uso
 - Reagenti per rilevazione di anticorpi anti-C.pneumoniae IgA/G (750 t/a), L.pneumophila 1-6 IgG/M (36 t/a), M.pneumoniae IgG/M (360 t/a), L.monocytogenes (10 t/a), Y.enterocolitica (20 t/a) C.jejuni (10 t/a), B.pertussis (50 t/a), C.burnetii (600 t/a), Echinococcus granulosus (60 t/a), Coxsackie Virus (150 t/a), Echo Virus (50 t/a), in quantità adeguata alle analisi e alla contestuale esecuzione dei controlli
 - Calibratori per la parametrizzazione strumentale a ogni cambio-lotto (possibilità di memorizzare la calibrazione contemporanea di lotti diversi dello stesso reagente e della curva master per test semiquantitativi) e controlli pronti all'uso
 - Disponibilità di un analizzatore di ultima generazione
 - Impegno ad aggiornamento tecnologico durante il contratto, con metodi analitici validati e reagenti pronti all'uso per tutte le diagnostiche

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)

Valore, IVA esclusa: 33 000.00 EUR

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:****II.2.2) Codici CPV supplementari****II.2.3) Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC46

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Caratteristiche della fornitura:

- Strumento da banco (peso inferiore a 50 Kg), random access con caricamento in continuo di reagenti, campioni e consumabili
- Lettore di barcode per reagenti e campioni integrato e all'interno dell'analizzatore
- Dispositivi a singolo dosaggio, senza necessità di prediluizione dei campioni
- Elevato livello dell'automazione strumentale
- Disponibilità del riconoscimento delle taniche delle soluzioni utilizzate
- Capacità operativa non inferiore a 30 test per seduta
- Cadenza analitica del sistema (valutata a pieno regime) inferiore a 40 test/ora
- Possibilità di eseguire determinazioni differenti per seduta
- Possibilità di memorizzazione dei risultati di non meno di 20 sedute
- Possibilità di segnalazione del caricamento di lotti scaduti
- Schermo touch-screen LCD e stampante termica
- Interfacciamento bidirezionale al LIS
- Servizio di help line telefonico
- Disponibilità di letteratura scientifica
- Possibilità di implementazione di altre diagnostiche

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Scopo dell'avviso è di verificare la presenza sul mercato di altri sistemi con caratteristiche simili o analoghe. Eventuale manifestazione di interesse alla procedura deve essere inoltrata all'ASST Papa Giovanni di Bergamo, indirizzo mail gacquaro@asst-pg23.it entro 15 gg solari dalla pubblicazione del presente avviso, corredata dalla documentazione tecnico illustrativa del sistema proposto.

Sezione IV: Procedura**IV.1) Descrizione****IV.1.1) Tipo di procedura**

Procedura negoziata senza previa pubblicazione

- I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:

Si precisa che l'eventuale assegnazione del contratto avverrà a seguito del presente avviso, dopo aver verificato l'unicità del sistema sul mercato.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
23/08/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE

Milano

Italia

Codice NUTS: ITC45

Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 33 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare :

Dr. Claudio Farina - Direttore USC Smel specializzato in Microbiologia e Virologia - al n.035/267.3666 - mail:

cfarina@asst-pg23.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Lombardia

Brescia

Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

24/08/2016