

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE
PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE CARATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE		
PORTATILE RX DIGITALE		
Marca e Modello		
Tipologia di portatile RX proposto		
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
1	<u>Caratteristiche fisiche dell’apparecchio</u> (peso compreso del detettore, larghezza massima durante il trasporto e lunghezza massima durante il trasporto)	5
2	<u>Caratteristiche tecniche generatore</u> (potenza massima nominale, tempo di esposizione minimo)	5
3	<u>Batterie per la movimentazione ed erogazione raggi X:</u> <ul style="list-style-type: none"> • indicare la possibilità di erogazione raggi x a batteria scarica con collegamento alla rete elettrica • tempo di ricarica completa con le batterie del generatore e del motore) scariche • modalità di esecuzione dell’esame (con o senza necessità di collegamento alla presa di rete elettrica) 	10
4	<u>Tubo RX:</u> indicare <ul style="list-style-type: none"> - dimensione macchia focale, - presenza dispositivo per la determinazione della distanza fuoco detettore di tipo laser, - presenza collimatore con filtri aggiuntivi pediatrici selezionabili 	5
5	<u>Motorizzazione:</u> indicare <ul style="list-style-type: none"> - pendenza massima superabile (°) - dispositivo automatico di sicurezza anti-urto 	5
6	<u>Gestione dell’immagine:</u> <ul style="list-style-type: none"> - tempo di preview dell’immagine - tempo di visualizzazione dell’immagine definitiva 	10

Procedura concorsuale “aperta” per l’affidamento della fornitura di n. 7 portatili RX digitali (lotto unico).

7	<u>Detettore</u> (indicare i parametri sia per il detettore adulti che pediatrico): <ul style="list-style-type: none">- dimensione del detettore- dimensione del pixel (micron)- peso del detettore completo di batterie- peso distribuito sull’intera superficie supportato dal detettore (Kg)		10
8	<u>Qualità dell’immagine*</u> : verranno valutate con fantoccio TOR CDR: Risoluzione ad alto contrasto Sensibilità ad alto contrasto Sensibilità a basso contrasto		10
9	<u>Maneggevolezza e praticità d’uso*</u> : verranno valutati, tra gli altri, i seguenti parametri: facilità di impostazione, facilità di impiego, manovrabilità, facilità d’uso, etc		10

**** Al fine di consentire la valutazione dei seguenti parametri, la ditta dovrà mettere a disposizione dell’ASST Papa Giovanni XXIII un apparecchio nella configurazione offerta per almeno 3 gg. lavorativi.***

L’apparecchio dovrà essere consegnato entro 5 gg lavorativi dalla richiesta.

_____, li _____

FIRMA

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)
