

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 RADIOLOGIA DOTATO DI MODULI AVANZATI PER VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE/PROGNOSTICHE IN PARTICOLARE DEL FEGATO E PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI.

ALLEGATO 2_D

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL'OFFERENTE
PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE

**QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER
L'ACQUISIZIONE DI N.1 ECOTOMOGRFO
PER LA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1- RADIOLOGIA**

Produttore			
Modello			
Fornitore			
Anno inizio produzione			
	CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE	MAX PUNTEGGIO ATTRIBUIBI LE
A	Caratteristiche generali dell'apparecchiatura: valutazione dell'ergonomia dello strumento, dell'ingombro, manovrabilità, praticità di utilizzo, funzionamento a batteria e/o funzione stand by, etc.		5
B	Shear wave elastography: valutazione della soluzione proposta tenendo conto anche della presenza delle caratteristiche di minima indicate come "preferibilmente".		10
C	Funzione di quantificazione real time della steatosi epatica: valutazione della soluzione proposta.		10
D	Funzione CEUS: valutazione della soluzione proposta.		10
E	Presenza nella configurazione offerta di sw per la detezione di flussi micro vascolari non basata su doppler: valutazione della soluzione proposta.		10

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 RADIOLOGIA DOTATO DI MODULI AVANZATI PER VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE/PROGNOSTICHE IN PARTICOLARE DEL FEGATO E PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI.

	CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE	MAX PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
F	Trasduttori: caratteristiche dei trasduttori richiesti nella configurazione base, frequenza, penetrazione, apertura, ergonomia e resa qualitativa in particolare in condizioni come addomi difficili.		15
G	Elementi migliorativi inclusi nella configurazione offerta, in particolare:		
	<ul style="list-style-type: none"> • modulo color doppler a larga banda ad altissima sensibilità per flussi lentissimi a bassa portata e discriminazione di clutter naturali; 		3
	<ul style="list-style-type: none"> • Sw per la coregistrazione di immagini acquisite in tempi diversi; 		3
	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della funzionalità fusion se inclusa nell'offerta con tutti gli accessori; 		2
	<ul style="list-style-type: none"> • Altri elementi migliorativi (descrivere). 		2

Alla documentazione tecnica ed al presente questionario (che dovrà essere restituito anche in formato word editabile), dovrà essere allegata l'offerta economica senza prezzi.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell'attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all'attribuzione del punteggio.

_____, li _____

FIRMA

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)
